




Herzlich Willkommen zur Online-Schulung für Instandsetzer



Bitte schalten Sie Ihren **Lautsprecher** an
und klicken Sie anschließend auf START

START

Instandsetzerschulung

Allgemeiner Teil
(messgeräteübergreifend)

Modul B 4:

Was ist vom Instandsetzer bei der
Instandsetzung zu beachten?




ca. 15 Min.


VOR
INSTANDSETZUNG

- 
- Messgerät innerhalb der Eichfrist

- 
- **Instandsetzung** §§ 54 und 55 MessEV

NACH
INSTANDSETZUNG

- 
- Einhaltung wesentlicher Anforderungen
 - Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze
 - Ersetzen von verletzten Sicherheitszeichen
 - Kenntlichmachung durch Zeichen
 - Behörde unverzüglich informieren
 - **Eichantrag muss unverzüglich vom Verwender gestellt werden**



Jahresangabe, bestehend aus den beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die Eichfrist

beginnt

z.B. endet bei
zweijähriger Eichfrist diese am
31. Dezember 2017



Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die

- Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze
- Einhaltung wesentlicher Anforderungen


sicherstellen.

§ 22
MessEV


§ 7 und § 8
MessEV

§ 6 Abs. 2
MessEG


nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
anbringen:



Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die Instandsetzung durch bestimmte Zeichen kenntlich machen.





nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
anbringen:




**Das Eichkennzeichen
darf nicht entwertet
werden !**
(also auch nicht mit dem
Instandsetzerkennzeichen
überklebt werden)

nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
entwerten:




Dieses Entwertungs-
zeichen darf als Zeichen
der Behörde nicht
von Instandsetzern
verwendet werden!




Der Instandsetzer muss die

Behörde **unverzüglich** informieren.




innerhalb von 7 Tagen

Besonderheit: bei
Messgeräten zur
Bestimmung von
Geschwindigkeit inner-
halb von zwei Werktagen



**Instandsetzungs-
benachrichtigung**

Instandsetzungsbenachrichtigung



Absender:

Zuständige Behörde:

☐ Instandsetzungsbenachrichtigung (gem. § 55 MessEV)

1. **Messgeräteart:**
Messbereich:

2. **Hersteller:**
Typ:
Fabrik-Nr.:
Baujahr:
Zulassung/Baumusterprüf.:
Kfz-Kennz.:
(bei mobilen Messgeräten z. B. Taxameter, Straßenfahrmesswagen)

3. **Verwender:**


4. **Datum der Instandsetzung:**
Namenskürzel:

5. **Grund der Instandsetzung/Reparatur:**
☐ Messgerät defekt
☐ Zusatzeinrichtung (ZE) defekt
☐ Softwareupdate
☐ Sonstiges:
☐ Routineinspektion/Wartung

6. **Standort des Messgerätes:**

Kennungs- und Nummerierungsschema:

Kennung
 Nummer
 Datum - Kürzel



Instandsetzungsbenachrichtigung

Stand 28.05.2015


Seite 1 von 2

Instandsetzungsbenachrichtigung

Stand 28.05.2015

Seite 2 von 2

Instandsetzungsbenachrichtigung



Abend

Zustand:

☐ Instand

1. Me
Me

2. He
Tyr
Fat
Bei
Zul
Kfz
bei

3. Ver

7. Bei

Der Verwender bestätigt, dass bei der zuständigen Eichbehörde ein Antrag z
destens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist gestellt wurde oder die Weiter
die Eichbehörde bei einem verspäteten Eichantrag (weniger als 10 Wochen
wurde und daher das Messgerät nach § 38 MessEG einem geeichten gleich

Unterschrift des Verwenders

8. Erläuterung zur Instandsetzungsmaßnahme/Reparaturmaßnahme:

Art des Eingriffs:

Eingriff messtechnisch relevant ☐ ja ☐ nein

Kalibrier- oder Eichfaktor Justage-Nr.: Signaturzahl:

9. Prüfungen:

Messtechnische Prüfung durchgeführt ☐ ja ☐ nein

Funktionsprüfung durchgeführt ☐ ja ☐ nein

10. Kennzeichnung:

☐ Instandsetzerkennzeichen wurde angebracht

Anbringungsort:

☐ Instandsetzerkennzeichen wurde nicht angebracht, da die Eichfrist
des Messgerätes beendet war

☐ Instandsetzerkennzeichen konnte nicht angebracht werden, da das Messg
nach § 6 Abs. 2 MessEG erfüllt.

☐ Sicherungszeichen wurde durch Sicherungszeichen des Instandsetzers e

7. **Bestätigung einer verspäteten Eichung nach § 38 MessEG**
Der Verwender bestätigt, dass bei der zuständigen Eichbehörde ein Antrag zur Eichung des Messgerätes min-
destens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist gestellt wurde oder die Weiterverwendung des Messgeräts durch
die Eichbehörde bei einem verspäteten Eichantrag (weniger als 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist) gestattet
wurde und daher das Messgerät nach § 38 MessEG einem geeichten gleichgestellt ist.

Unterschrift des Verwenders

8. **Erläuterung zur Instandsetzungsmaßnahme/Reparaturmaßnahme:**
Art des Eingriffs:
Eingriff messtechnisch relevant ☐ ja ☐ nein
Kalibrier- oder Eichfaktor Justage-Nr.: Signaturzahl:

9. **Prüfungen:**
Messtechnische Prüfung durchgeführt ☐ ja ☐ nein
Funktionsprüfung durchgeführt ☐ ja ☐ nein

10. **Kennzeichnung:**
☐ Instandsetzerkennzeichen wurde angebracht
Anbringungsort:
☐ Instandsetzerkennzeichen wurde nicht angebracht, da die Eichfrist
des Messgerätes beendet war
☐ Instandsetzerkennzeichen konnte nicht angebracht werden, da das Messgerät nicht die Anforderungen
nach § 6 Abs. 2 MessEG erfüllt.
☐ Sicherungszeichen wurde durch Sicherungszeichen des Instandsetzers ersetzt an:
.....

Jahresangabe im
Eichkennzeichen:

M

 oder

DE-M

Jahr der Kennzeichnung:

Instandsetzungsbenachrichtigung

Seite 1 von 2

Instandsetzungsbenachrichtigung

Seite 2 von 2

Instandsetzungsbenachrichtigung

11. Der Instandsetzer hat mich als Verwender bzw. Beauftragter des Verwenders über die rechtlichen Bestimmungen zur Stellung eines Eichantrages zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.

Datum und Unterschrift des Verwenders

Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

Druckbuchstaben

12. Prüfergebnisse (ggf Beiblatt verwenden) Diese Angaben sind freiwillig:

Prüfpunkte (z. B. Tarif/Belastung/Durchfluss)	Messabweichung (vor Instandsetzung)	Messabweichung (nach Instandsetzung)	Bemerkungen (durch zuständige Behörde)

13. Als Instandsetzer bestätige ich mit dieser Instandsetzungsbenachrichtigung die ordnungsgemäße Durchführung einer Instandsetzung am vorgenannten Messgerät (nicht zutreffend bei Reparatur).

Die erforderliche Eichung wird vom Verwender:

- ☐ nachfolgend beantragt
- ☐ gesondert beantragt
- ☐ Dokumente, welche die Bestätigung unter 7. belegen, wurden eingesehen

Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

Verwender bzw. Beauftragter des Verwenders über die rechtlichen Bestimmungen zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.

Verwenders Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

(Verwender) Diese Angaben sind freiwillig:

Messabweichung (vor Instandsetzung)	Messabweichung (nach Instandsetzung)	Bemerkungen (durch zuständige Behörde)

Ich bestätige mit dieser Instandsetzungsbenachrichtigung die ordnungsgemäße Durchführung einer Instandsetzung am vorgenannten Messgerät (nicht zutreffend bei Reparatur).

Vom Verwender:

Belegung unter 7. belegen, wurden eingesehen

Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

EICHANTRAG:

Vorgenanntes Messgerät:

Steller: ☐ Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3.

Ort:
Fax:
E-Mail:

☐ Gleiche Anschrift wie Messgerätestandort

Ort:
Fax:
E-Mail:

Datum und Unterschrift des Antragstellers

Druckbuchstaben

Instandsetzungsbenachrichtigung

EICHANTRAG:

Ich beantrage eine Eichung für das vorgenannte Messgerät:

Weitere Angaben zum Antragsteller:

Firma/Behörde:

Name:

Vorname:

Straße:

Postleitzahl:

Telefon:

Mobil:

☐ Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3.

Ort:

Fax:

E-Mail:

Ort der Eichung

Firma/Behörde:

Ansprechpartner/in vor Ort:

Straße:

Postleitzahl:

Telefon:

Mobil:

☐ Gleiche Anschrift wie Messgerätestandort

Ort:

Fax:

E-Mail:

Datum und Unterschrift des Antragstellers

Druckbuchstaben

.....

Instandsetzungsbenachrichtigung

Stand 28.05.2015

Seite 2 von 2

Sicherstellung, dass Eichantrag **vom Verwender unverzüglich** beantragt wird.

Auszug aus der Instandsetzungsbenachrichtigung:



11. Der Instandsetzer hat mich als Verwender bzw. Beauftragter des Verwenders über die rechtlichen Bestimmungen zur Stellung eines Eichantrages zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.

Datum und Unterschrift des Verwenders

Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

Druckbuchstaben

EICHANTRAG:

Ich beantrage eine Eichung für das vorgenannte Messgerät:

<input type="checkbox"/> Weitere Angaben zum Antragsteller:		<input type="checkbox"/> Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3.	
Firma/Behörde:			
Name:			
Vorname:			
Straße:			
Postleitzahl:		Ort:	
Telefon:		Fax:	
Mobil:		E-Mail:	