

**zulässige Abweichung der Messgröße Glucose in Plasma/Serum/Vollblut [mmol/L]
gemäß Rili-BÄK 2023, Tabelle B 1-2 a, Spalte 3 Nr. 43**

ZW	- 5 %	+ 5 %	ZW	- 5 %	+ 5 %	ZW	- 5 %	+ 5 %	ZW	- 5 %	+ 5 %	ZW	- 5 %	+ 5 %	ZW	- 5 %	+ 5 %
2,2	2,1	2,3	5,6	5,3	5,9	9,0	8,5	9,4	12,4	11,8	13,0	15,8	15,0	16,6	19,2	18,2	20,2
2,3	2,2	2,4	5,7	5,4	6,0	9,1	8,6	9,6	12,5	11,9	13,1	15,9	15,1	16,7	19,3	18,3	20,3
2,4	2,3	2,5	5,8	5,5	6,1	9,2	8,7	9,7	12,6	12,0	13,2	16,0	15,2	16,8	19,4	18,4	20,4
2,5	2,4	2,6	5,9	5,6	6,2	9,3	8,8	9,8	12,7	12,1	13,3	16,1	15,3	16,9	19,5	18,5	20,5
2,6	2,5	2,7	6,0	5,7	6,3	9,4	8,9	9,9	12,8	12,2	13,4	16,2	15,4	17,0	19,6	18,6	20,6
2,7	2,6	2,8	6,1	5,8	6,4	9,5	9,0	10,0	12,9	12,3	13,5	16,3	15,5	17,1	19,7	18,7	20,7
2,8	2,7	2,9	6,2	5,9	6,5	9,6	9,1	10,1	13,0	12,4	13,7	16,4	15,6	17,2	19,8	18,8	20,8
2,9	2,8	3,0	6,3	6,0	6,6	9,7	9,2	10,2	13,1	12,4	13,8	16,5	15,7	17,3	19,9	18,9	20,9
3,0	2,9	3,2	6,4	6,1	6,7	9,8	9,3	10,3	13,2	12,5	13,9	16,6	15,8	17,4	20,0	19,0	21,0
3,1	2,9	3,3	6,5	6,2	6,8	9,9	9,4	10,4	13,3	12,6	14,0	16,7	15,9	17,5	20,1	19,1	21,1
3,2	3,0	3,4	6,6	6,3	6,9	10,0	9,5	10,5	13,4	12,7	14,1	16,8	16,0	17,6	20,2	19,2	21,2
3,3	3,1	3,5	6,7	6,4	7,0	10,1	9,6	10,6	13,5	12,8	14,2	16,9	16,1	17,7	20,3	19,3	21,3
3,4	3,2	3,6	6,8	6,5	7,1	10,2	9,7	10,7	13,6	12,9	14,3	17,0	16,2	17,9	20,4	19,4	21,4
3,5	3,3	3,7	6,9	6,6	7,2	10,3	9,8	10,8	13,7	13,0	14,4	17,1	16,2	18,0	20,5	19,5	21,5
3,6	3,4	3,8	7,0	6,6	7,3	10,4	9,9	10,9	13,8	13,1	14,5	17,2	16,3	18,1	20,6	19,6	21,6
3,7	3,5	3,9	7,1	6,7	7,5	10,5	10,0	11,0	13,9	13,2	14,6	17,3	16,4	18,2	20,7	19,7	21,7
3,8	3,6	4,0	7,2	6,8	7,6	10,6	10,1	11,1	14,0	13,3	14,7	17,4	16,5	18,3	20,8	19,8	21,8
3,9	3,7	4,1	7,3	6,9	7,7	10,7	10,2	11,2	14,1	13,4	14,8	17,5	16,6	18,4	20,9	19,9	21,9
4,0	3,8	4,2	7,4	7,0	7,8	10,8	10,3	11,3	14,2	13,5	14,9	17,6	16,7	18,5	21,0	20,0	22,1
4,1	3,9	4,3	7,5	7,1	7,9	10,9	10,4	11,4	14,3	13,6	15,0	17,7	16,8	18,6	21,1	20,0	22,2
4,2	4,0	4,4	7,6	7,2	8,0	11,0	10,5	11,6	14,4	13,7	15,1	17,8	16,9	18,7	21,2	20,1	22,3
4,3	4,1	4,5	7,7	7,3	8,1	11,1	10,5	11,7	14,5	13,8	15,2	17,9	17,0	18,8	21,3	20,2	22,4
4,4	4,2	4,6	7,8	7,4	8,2	11,2	10,6	11,8	14,6	13,9	15,3	18,0	17,1	18,9	21,4	20,3	22,5
4,5	4,3	4,7	7,9	7,5	8,3	11,3	10,7	11,9	14,7	14,0	15,4	18,1	17,2	19,0	21,5	20,4	22,6
4,6	4,4	4,8	8,0	7,6	8,4	11,4	10,8	12,0	14,8	14,1	15,5	18,2	17,3	19,1	21,6	20,5	22,7
4,7	4,5	4,9	8,1	7,7	8,5	11,5	10,9	12,1	14,9	14,2	15,6	18,3	17,4	19,2	21,7	20,6	22,8
4,8	4,6	5,0	8,2	7,8	8,6	11,6	11,0	12,2	15,0	14,3	15,8	18,4	17,5	19,3	21,8	20,7	22,9
4,9	4,7	5,1	8,3	7,9	8,7	11,7	11,1	12,3	15,1	14,3	15,9	18,5	17,6	19,4	21,9	20,8	23,0
5,0	4,7	5,2	8,4	8,0	8,8	11,8	11,2	12,4	15,2	14,4	16,0	18,6	17,7	19,5	22,0	20,9	23,1
5,1	4,8	5,4	8,5	8,1	8,9	11,9	11,3	12,5	15,3	14,5	16,1	18,7	17,8	19,6			
5,2	4,9	5,5	8,6	8,2	9,0	12,0	11,4	12,6	15,4	14,6	16,2	18,8	17,9	19,7			
5,3	5,0	5,6	8,7	8,3	9,1	12,1	11,5	12,7	15,5	14,7	16,3	18,9	18,0	19,8			
5,4	5,1	5,7	8,8	8,4	9,2	12,2	11,6	12,8	15,6	14,8	16,4	19,0	18,1	20,0			
5,5	5,2	5,8	8,9	8,5	9,3	12,3	11,7	12,9	15,7	14,9	16,5	19,1	18,1	20,1			

ZW = Zielwert